

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений
№ 44307-10

Срок действия утверждения типа до 28 февраля 2030 г.

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Термометры электронные ExT-01

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Термэкс» (ООО «Термэкс»), г. Томск

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ

-

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
РФ

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

ТКЛШ 2.822.001 МП с изменением № 2

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 2 года; с 06.11.2019 - 2 года и 1 год - для термометров
с пределом доп. осн. абсолютной погрешности измерений температуры $\pm 0,05$ °C

Срок действия утвержденного типа средств измерений продлен приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 января 2025 г. N 206.

Заместитель Руководителя

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 525EEF525B83502D7A69D9FC03064C2A
Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович
Действителен: с 06.03.2024 до 30.05.2025



Е.Р.Лазаренко

«17» февраля 2025 г.